



KW-CHP-21  
 跌落地板  
 Impact Test Platform

KW-CHP-21-US 的原始包装



|      |  |  |  |               |
|------|--|--|--|---------------|
| 用途   | 用来模拟玩具或婴童产品跌落试验，测试产品的可靠性能。   |  |  |               |
| 型号   | KW-CHP-21-ISO+GB   | KW-CHP-21-BS   | KW-CHP-21-US   |               |
| 名称   | 国标跌落测试地板   | 欧标跌落测试地板   | 美国跌落测试地板   |               |
| 标准   | GB 6675.2-2014 5.24.2<br>ISO 8124-1:2022 5.24.2<br>GBT 10357.1-2013 4.6<br>GBT 10357.2-2011 5.1<br>GBT 10357.3-2013 3.2<br>GBT 10357.5-2011 5.1  | BS EN 71-1:2014 8.5<br>BS EN 12790:2009(E)6.2.8<br>BS EN 527-3:2003 4.1  | ASTM F963-17 8.7.1   |               |
| 图片   |   |    |   |               |
| 参数   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材料：橡胶片，厚度：3毫米，硬度：邵氏80±10度。（标准要求）</li> <li>2. 产品尺寸：600*600*3毫米。（标准要求大于0.3平方米）</li> <li>3. 标准要求底层为不小于64毫米的水泥结构板。（说明：水泥结构板很重，通常采用实验室水泥地板替代，所以不再配套提供）</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 表面材料：橡胶片，厚度2毫米，硬度邵氏75±5。（标准要求）</li> <li>2. 底层材料：4毫米后铁板。</li> <li>3. 产品尺寸：600*600*6毫米。（标准要求大于0.3平方米）</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由9片拼组成一组，每片尺寸：12寸*12寸*1/8。（304.8*304.8*3.2mm）</li> <li>2. 按照标准指引，该产品指向阿姆斯壮龙彩系列底板。</li> <li>3. 标准要求底层为不小于64毫米的水泥结构板。（因水泥结构板很重，且通常采用实验室水泥地面替代，所以不再配套提供）</li> </ol> |               |
| 包装   | 毛重   | 1.76公斤   | 12.75公斤  | 6.35公斤        |
|      | 尺寸   | 600*600*3毫米  | 600*600*2毫米  | 390*390*105毫米 |
| 购买注意 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据橡胶硬度测试方法标准，测量橡胶片厚度时，胶片厚度至少要求6毫米。</li> <li>2. 允许多片叠加达到6毫米的厚度。</li> </ol>  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品材料配方属美国阿姆斯壮的专利产品，因此物料成分无法计量。</li> <li>2. 国内一些不法商人以厚度2.4毫米的同类产品冒充标准要求的3.2毫米（1/8寸）的产品销售，请注意核查，以免被骗。</li> </ol>   |               |